



**Certificato UE di garanzia della qualità del
processo di produzione**
**EU Certificate of quality assurance of the
production process**

Certificato N. **0425 PED 003639-00**
Certificate N.

In conformità all'Allegato III della Direttiva 2014/68/UE (Modulo D1)
In accordance with the Annex III of the Directive 2014/68/EU (Module D1)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

HEMINA S.p.A.
Sede Legale
Via Monta' 176, 35136 Padova - Italia
Sede amministrativa e stabilimenti produttivi
Via Piemonte, 2 - 35044 Montagnana (PD) - Italia
Via Veneto, 5 - 35044 Montagnana (PD) - Italia

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

PRODOTTO / PRODUCT

MISURATORI DI PORTATA PER LIQUIDI
FLOWMETERS FOR LIQUIDS

MODELLO / MODEL

MS1000, MS2410, MS2500

RAPPORTO DI VISITA / VISIT REPORT

56066/19

La verifica del sistema di garanzia della qualità del processo di produzione è stata eseguita sul fabbricante, sulla documentazione relativa al sistema qualità (identificazione MQ Ed. V rev. 3 del 13/05/2019) e sul Fascicolo Tecnico PGS_003_PED_Rev6 del 25/5/2018.

Verification of the quality assurance of the production process was carried out on the manufacturer, on the quality system documents (identification MQ Ed. V rev. 3 del 13/05/2019) and Technical File PGS_003_PED_Rev6 del 25/5/2018.

NOTE / NOTES

Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / It remains the responsibility of the manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.

Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. Eventuali modifiche tecniche devono essere dichiarate ad ICIM che comunicherà come procedere / This certificate is valid only for the models above specified. Any technical change must be declared to ICIM S.p.A. that will give information how to proceed.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex


ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

01/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

01/07/2019

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

30/06/2022



**Certificato UE di garanzia della qualità del
processo di produzione**
**EU Certificate of quality assurance of the
production process**

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 PED 003639-00**
Certificate No.

PRODOTTO / PRODUCT	MODELLO / MODEL	PS [bar]	TS [°C]	DN [mm]	CAT. PED
					Gruppo Fluido Fluid Group
					Tabella 2 Table 2
MISURATORI DI PORTATA PER LIQUIDI / FLOWMETERS FOR LIQUIDS	MS1000, MS2410, MS2500	≤40	-10/+180	*	Gr. 1 & 2 - CAT II

*APPLICATIONS / LIMITATIONS	<p>- Group 2 liquids: from DN400 up to 500 mm PN10, from DN250 up to 300 mm PN16, from DN40 up to 250 mm PN40, from DN200 up to 250 mm PN25.</p> <p>- Group 1 liquids having a vapour pressure at the maximum allowable temperature of not more than 0,5 barg: for diameters greater than DN25 and the product PSXDN > 2000.</p>
*APPLICAZIONI / LIMITAZIONI	<p>- Gruppo 2 liquidi: da DN400 fino a 500 mm PN10, da DN250 fino a 300 mm PN16, da DN40 fino a 250 mm PN40, da DN200 fino a 250 mm PN25.</p> <p>- Gruppo 1 liquidi aventi la tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile non superiore di 0,5 barg: per diametri maggiori di DN25 e il prodotto PSXDN > 2000.</p>

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
01/07/2019

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
01/07/2019

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
30/06/2022